ZO – 6/2026

Załącznik nr 3c do zapytania ofertowego / załącznik nr 1c do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne

Aparat do szybkiej diagnostyki – różne testy w tym CRP - 1szt.

Nazwa producenta: …….

Nazwa i typ: ……..

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Aparat do szybkiej diagnostyki – różne testy w tym CRP Analizator typu POCT (Point-of-Care Testing) służący do szybkiej, ilościowej diagnostyki in vitro w gabinecie lekarskim (POZ/AOS) z krwi pełnej włośniczkowej, żylnej, osocza lub surowicy. Umożliwia szybkie różnicowanie infekcji bakteryjnych i wirusowych (m.in. oznaczenie białka C-reaktywnego – CRP) oraz monitorowanie stanu zapalnego i skuteczności antybiotykoterapii.	Tak	…… nazwa wagi ……...
2.	Specyfikacja techniczna produktu: - Metoda pomiarowa: immunoturbidymetryczna, refleksyjna lub immunofluorescencyjna - Zakres pomiarowy dla CRP: minimum od 5 mg/l do 200 mg/l (lub szerszy) - Objętość próbki: maksymalnie 5–20 µl (mikropróbka z palca) - Czas uzyskania wyniku (CRP): maksymalnie do 3–5 minut -Wyświetlacz: kolorowy ekran dotykowy LCD/LED -Pamięć wewnętrzna: minimum 500–1000 wyników badań pacjentów oraz kontroli jakości -Wbudowana lub zewnętrzna drukarka termiczna oraz czytnik kodów kreskowych -Możliwość wykonywania różnych testów na jednym urządzeniu (w zależności od użytej	Tak	

	kasety/kuwety testowej), w tym obowiązkowo: CRP (białko C-reaktywne)		
3.	Wyposażenie standardowe (minimalne): - Aparat (analizator) z modułem pomiarowym - Zasilacz sieciowy oraz przewód zasilający - Czytnik kodów kreskowych (wbudowany lub zewnętrzny) - Komplet startowy materiałów kontrolnych (kontrola jakości) -Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim	Tak	
4.	Funkcje i oprogramowanie: -Automatyczna kalibracja (np. za pomocą chipa kalibracyjnego lub kodu kreskowego na kasecie testowe -System kontroli jakości (QC) z blokadą pomiaru w przypadku przekroczenia norm kontrolnych	Tak	
5.	Wyposażenie dodatkowe: -Zestaw startowy testów do oznaczania CRP (np. 50 lub 100 oznaczeń) -Zestaw kapilar / pipet do pobierania próbek (odpowiedni do liczby testów) -Jednorazowe nakłuwacze bezpieczne (np. 100 szt.)	Tak	

Wraz z niniejszym załącznikiem wykonawca przedkłada materiały informacyjne (opisy, katalogi lub inne dokumenty), które w jednoznaczny sposób potwierdzają, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie parametry techniczne opisane powyżej, z adnotacją, której pozycji zestawienia parametrów wymaganych dotyczy dany dokument.) lub w przypadku braku potwierdzenia danego parametru w ww. dokumentach oświadczenie w zakresie tych parametrów nie zawartych w przedłożonych dokumentach potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszym załączniku.

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, lub lepszych niż określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia. Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy.

Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem metodologii postępowania, zakresu, funkcjonalności, możliwości zastosowania, przechowywania, działania i innych cech opisanych
w normach.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający wskazuje, że we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, i jednocześnie w każdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równoważne" (podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE).

……., dnia …….

/kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby upoważnionej/