

Zestaw odczynników do koagulacji – koagulometr K-3002 OPTIC
Grupa 33696200-7 wg CPV

Lp.	Nazwa	J.m	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Stawka VAT [%]	Wartość netto [zł]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
I	II	III	IV	V	VI			
1	Zestaw I do oznaczania czasu protrombinowego – PT 1. Tromboplastyna z mózgu królika (liofilizat) 2. Rozpuszczalnik w zestawie 3. Wartość ISI oraz średni czas prawidłowego wyznaczone przez producenta odczynników na w/w aparat 4. Maksymalna objętość fiolki z tromboplastyną 5-10 ml 5. Stabilność odczynnika roboczego – minimum 12 dni w temp. 2-8°C	ml odczynnika roboczego	400					
2	Osocze kontrolne do czasu protrombinowego – poziom I, II 1. osocze normalne z wyznaczonymi parametrami do zestawu I 2. Stabilność kontroli po rozpuszczeniu – min. 4 h w temp. 2-8°C – możliwość mrożenia 3. Wartość materiału kontrolnego wyznaczone przez producenta odczynników na w/w aparat	ml odczynnika roboczego	240					
RAZEM:								